



akkreditiert durch die / accredited by the

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

als Kalibrierlaboratorium im / as calibration laboratory in the

Deutschen Kalibrierdienst



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-K-15070-01-01

Kalibrierschein
Calibration certificate

Kalibrierzeichen
Calibration mark

MUSTER
D-K- 15070-01-01
2018-01

Gegenstand
Object Triple Output Power Supply

Hersteller
Manufacturer AGILENT DEUTSCHLAND GMBH

Typ
Type E36311A

Fabrikat/Serien-Nr.
Serial no. 12345

Auftraggeber
Customer Mustermann GmbH
DE-12345 Musterhausen

Auftragsnummer
Order no. 654321

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines - 5 -
Number of pages of the certificate

Datum der Kalibrierung
Date of calibration 05.01.2018

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die Rückführung auf nationale Normale zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI). Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). The DAkkS is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates. The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit.
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the German Accreditation Body and the issuing laboratory. Calibration certificates without signature are not valid.

V 5.3 / DE

Datum
Date

Leiter des Kalibrierlaboratoriums
Head of the calibration laboratory

Bearbeiter
Person in charge

05.01.2018

Max Mustermann

Max Mustermann

Kalibriergegenstand (KG) Calibration object

Equipment Nr. Equipment no. Triple Output Power Supply
 12345678
 Inventar Nr. Inventory no. 123456
 Prüfmittel Nr. Test equipment no. 1234567

Kalibrierverfahren Calibration procedure

Die Kalibrierung erfolgt durch Vergleich der Anzeige des Kalibriergegenstandes mit den durch die Kalibriergeräte/Normale dargestellten Messwerten.
 Bezug ist die Realisierung der Einheiten in den nationalen metrologischen Instituten (NMI).

The calibration is performed by direct comparison of the measured values of the calibration article with the reference-, or working-standard. The measurement is traceable to the national metrological institutes (NMI).

Verwendete Kalibrierprozedur Used calibration procedure E:Agilent:E3631A:34401,1282:IEEE / Rev.:6.0

Umgebungsbedingungen Ambient conditions

Temperatur Temperature (23 ± 3) °C
 Relative Luftfeuchte Relative humidity (40 ± 20) %

Messeinrichtungen Measuring equipment

Referenz Reference	Rückführung Traceability	Rekal. Next cal.	Zertifikats Nr. Certificate-no.	Eq.-Nr. EQ-no.
Hochlast-Messwiderstände-Satz2 burster 1282-0,001...0,1	15070-01-01	2018-05	E48709	11278826
Digitalmultimeter 34461A	15070-01-01	2018-11	E54960	12977798

Referenzzertifikate sind auf www.primasonline.com abrufbar Reference certificates are available at www.primasonline.com

Bereich Range	Referenzwert (Normal) Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert KG Indicated value UUT	Zulässige Abweichung Allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of Allowed deviation %	Messunsicher- heit ($k=2$) Measuring uncertainty ($k=2$)
Range 2 (0...+25V)						
Gleichspannung DC voltage						
25 V	2.002 V		2.00 V	±0.011 V	20% pass	$2.9 \cdot 10^{-3}$
25 V	4.003 V		4.00 V	±0.012 V	24% pass	$1.4 \cdot 10^{-3}$
25 V	6.003 V		6.00 V	±0.013 V	23% pass	$963 \cdot 10^{-6}$
25 V	8.003 V		8.00 V	±0.014 V	23% pass	$723 \cdot 10^{-6}$
25 V	10.003 V		10.00 V	±0.015 V	20% pass	$578 \cdot 10^{-6}$
25 V	12.003 V		12.00 V	±0.016 V	19% pass	$485 \cdot 10^{-6}$
25 V	14.004 V		14.00 V	±0.017 V	21% pass	$416 \cdot 10^{-6}$
25 V	16.004 V		16.00 V	±0.018 V	20% pass	$365 \cdot 10^{-6}$
25 V	18.003 V		18.00 V	±0.019 V	17% pass	$325 \cdot 10^{-6}$
25 V	20.003 V		20.00 V	±0.02 V	15% pass	$293 \cdot 10^{-6}$
25 V	22.003 V		22.00 V	±0.021 V	14% pass	$267 \cdot 10^{-6}$
25 V	25.003 V		25.00 V	±0.022 V	13% pass	$236 \cdot 10^{-6}$
Gleichstromstärke DC current						
1 A	0.1988 A		0.200 A	±0.0043 A	29% pass	$3.1 \cdot 10^{-3}$
1 A	0.3990 A		0.400 A	±0.0046 A	23% pass	$1.7 \cdot 10^{-3}$
1 A	0.5992 A		0.600 A	±0.0049 A	16% pass	$1.2 \cdot 10^{-3}$
1 A	0.7995 A		0.800 A	±0.0052 A	10% pass	$1.0 \cdot 10^{-3}$
1 A	0.9997 A		1.000 A	±0.0055 A	5% pass	$933 \cdot 10^{-6}$
Range 3 (0...-25V)						
Gleichspannung DC voltage						
-25 V	-2.001 V		-2.00 V	±0.011 V	8% pass	$2.9 \cdot 10^{-3}$
-25 V	-4.001 V		-4.00 V	±0.012 V	5% pass	$1.4 \cdot 10^{-3}$
-25 V	-6.001 V		-6.00 V	±0.013 V	5% pass	$963 \cdot 10^{-6}$
-25 V	-8.002 V		-8.00 V	±0.014 V	12% pass	$723 \cdot 10^{-6}$
-25 V	-10.001 V		-10.00 V	±0.015 V	8% pass	$578 \cdot 10^{-6}$
-25 V	-12.001 V		-12.00 V	±0.016 V	8% pass	$485 \cdot 10^{-6}$
-25 V	-14.001 V		-14.00 V	±0.017 V	6% pass	$416 \cdot 10^{-6}$
-25 V	-16.001 V		-16.00 V	±0.018 V	5% pass	$365 \cdot 10^{-6}$
-25 V	-18.002 V		-18.00 V	±0.019 V	9% pass	$325 \cdot 10^{-6}$
-25 V	-20.001 V		-20.00 V	±0.02 V	6% pass	$293 \cdot 10^{-6}$
-25 V	-22.001 V		-22.00 V	±0.021 V	6% pass	$267 \cdot 10^{-6}$
-25 V	-25.002 V		-25.00 V	±0.022 V	8% pass	$236 \cdot 10^{-6}$
Gleichstromstärke DC current						
-1 A	-0.2013 A		-0.200 A	±0.0043 A	30% pass	$3.1 \cdot 10^{-3}$
-1 A	-0.4015 A		-0.400 A	±0.0046 A	32% pass	$1.7 \cdot 10^{-3}$
-1 A	-0.6017 A		-0.600 A	±0.0049 A	34% pass	$1.2 \cdot 10^{-3}$

Bereich Range	Referenzwert (Normal) Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert KG Indicated value UUT	Zulässige Abweichung Allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of Allowed deviation %	Messunsicher- heit ($k=2$) Measuring uncertainty ($k=2$)
-1 A	-0.8018 A		-0.800 A	± 0.0052 A	35% pass	$1.0 \cdot 10^{-3}$
-1 A	-1.0020 A		-1.000 A	± 0.0055 A	37% pass	$933 \cdot 10^{-6}$
Range 1 (0...6V)						
Gleichspannung DC voltage						
6 V	0.9969 V		1.000 V	± 0.006 V	51% pass	$578 \cdot 10^{-6}$
6 V	1.9967 V		2.000 V	± 0.007 V	47% pass	$292 \cdot 10^{-6}$
6 V	2.9969 V		3.000 V	± 0.008 V	39% pass	$196 \cdot 10^{-6}$
6 V	3.9971 V		4.000 V	± 0.009 V	32% pass	$148 \cdot 10^{-6}$
6 V	4.9970 V		5.000 V	± 0.01 V	30% pass	$119 \cdot 10^{-6}$
6 V	5.9969 V		6.000 V	± 0.011 V	28% pass	$101 \cdot 10^{-6}$
Gleichstromstärke DC current						
5 A	0.1010 A		0.100 A	± 0.0102 A	10% pass	$5.8 \cdot 10^{-3}$
5 A	0.5011 A		0.500 A	± 0.011 A	10% pass	$1.4 \cdot 10^{-3}$
5 A	1.0015 A		1.000 A	± 0.012 A	13% pass	$933 \cdot 10^{-6}$
5 A	2.0021 A		2.000 A	± 0.014 A	15% pass	$1.0 \cdot 10^{-3}$
5 A	3.0024 A		3.000 A	± 0.016 A	15% pass	$953 \cdot 10^{-6}$
5 A	4.0026 A		4.000 A	± 0.018 A	14% pass	$176 \cdot 10^{-6}$
5 A	5.0009 A		5.000 A	± 0.02 A	5% pass	$146 \cdot 10^{-6}$

Bewertung der Konformität Determination of conformity

Gesamtkonformität: Overall conformity:

Innerhalb der zulässigen Abweichung ¹⁾Measured value(s) within the allowed deviation ¹⁾

Zeichenerklärung zum Diagramm:
 ◆ blau = Normal (4Eck; μ N normiert)
 ◆ grün = Kalibriergegenst. (Kreis; μ (KG) normiert)
 ◆ rot = z. Zulässige Abweichung (normiert auf $\pm 100\%$)
 ◆ schwarz = erw. Messunsicherheit für $k=2$ (normiert)

H

Die Einhaltung der Spezifikation wird im Kalibrierzertifikat wie folgt angezeigt:

The compliance to specification is represented on the calibration certificate as follows:

Innerhalb der zulässigen Abweichung mit Berücksichtigung der Messunsicherheit Within specification, with measurement uncertainty taken into account	pass	
Keine Bewertung, da Messwert im Unsicherheitsbereich Indeterminate. Rating not applicable.	n/a	
Im Unsicherheitsbereich mit Berücksichtigung der Messunsicherheit Indeterminate, with measurement uncertainty taken into account	fail	
Ausserhalb der zulässigen Abweichung mit Berücksichtigung der Messunsicherheit Out-of-specification, with measurement uncertainty taken into account	fail	

Ausnutzung der zulässigen Abweichung in % = |Abweichung| / Zulässige Abweichung

Utilization of allowed deviation % = |deviation| / allowed deviation

¹⁾ Die Konformitätsaussage erfolgt entsprechend der Richtlinie DAkkS-DKD-5 unter Berücksichtigung der Messunsicherheit gemäß der Kalibrieranweisung QSA-TIS 7.5-02. Zulässige Abweichung gemäß Herstellerangabe.

¹⁾ The statement of conformity was made according to DAkkS-DKD-5 taking into account the measuring uncertainty according to calibration instruction QSA-TIS 7.5-02. Allowed deviation in accordance with manufacturer.

Messunsicherheit Measuring uncertainty

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor $k = 2$ ergibt. Sie wurde gemäß DAkkS-DKD-3 ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % im zugeordneten Werteintervall. Ein Anteil für die Langzeit-Instabilität ist nicht enthalten.

Die dimensionslosen Anteile der Messunsicherheit sind als relative Messunsicherheiten bezogen auf den Messwert zu verstehen.

The expanded uncertainty of measurement corresponding to the measurement results is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$. This was determined in accordance with DAkkS-DKD-3. Usually the true value is located in the corresponding interval with a probability of ca. 95%. The non-dimensional fractions of the measuring uncertainty are relative values in relation to the indicated value.

Bemerkungen Special remarks

Am Kalibriergegenstand ist eine Kalibriermarke angebracht, die mit der Kalibriernummer dieses DAkkS-Scheines, sowie mit dem Kalibriermonat und Jahr versehen wurde.

A calibration mark is attached to the calibration object which indicates the calibration number of this DAkkS certificate as well as the calibration month and year.

The German original text is valid in case of doubt.